



OCH-S-12-01

شماره بازنگری: 1

تاریخ تدوین: بیست و یکم مرداد ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه قرائت مستقیم

ترکیبات آلی فرار مدل Phocheck TIGER

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه قرائت مستقیم ترکیبات آلی فرار مدل Phocheck TIGER

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل شیمیایی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- آلومینیوم اکسید ممکن است باعث تحریک چشم و مجاری تنفسی شود.
- ۲- در هنگام حمل و نقل، بخارات و گرد و غبار آلومینیوم اکسید را استنشاق نکنید.
- ۳- از تماس این ماده با پوست، چشم و لباس خودداری کنید.
- ۴- بعد از هربار استفاده از این ماده صورت و دستان خود را بطور کامل با آب و صابون شستشو دهید.
- ۵- حد مجاز مواجهه با آلومینیوم اکسید (TWA) برابر با ۱۰ میلی گرم بر متر مکعب می باشد.

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس آناهیتا فاخرپور

کارشناس آزمایشگاه