



OCH-S-17-01

شماره بازنگری: 1

تاریخ تدوین: بیست و یکم مرداد ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل ایمنی کار دستگاه اسپکتروفوتومتر

مدل Cary 60 (Agilent)

هدف: دستورالعمل ایمنی دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل Cary 60 (Agilent)

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل شیمیایی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- اطمینان حاصل کنید که کابل های دستگاه فاقد خوردگی و زدگی می باشد.
- ۲- فقط پرسنل آموزش دیده و مجرب می بایست با دستگاه کار کند.
- ۳- در پایان کار دستگاه را خاموش کرده و از پریز برق بیرون بکشید.

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس آناهیتا فاخرپور

کارشناس آزمایشگاه