



OCH-S-30-01

شماره بازنگری : ۱

تاریخ بازنگری: پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

**دستورالعمل ایمنی و بهداشت در شرایط خاص اپیدمی**

**کرونا جهت حضور در آزمایشگاه های**

**بهداشت حرفه ای**

**هدف:** تشریح اصول ایمنی و بهداشت در شرایط خاص اپیدمی کرونا جهت حضور در آزمایشگاه های

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار برای کلیه دانشجویان

**دامنه کاربرد:** کلیه آزمایشگاه های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

**مسئولیت:** کلیه دانشجویان در هنگام حضور در آزمایشگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده

دارند. مسئولین آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

**مفاد دستورالعمل:**

۱- نظم، ترتیب و انضباط را در مدت حضور در آزمایشگاه با دقت کامل رعایت کنید.

۲- به توضیحات کارشناس آزمایشگاه توجه کرده و موارد مربوطه را دقیقاً مد نظر قرار دهید.

۳- استفاده از روپوش، ماسک، عینک ایمنی و دستکش برای ورود به آزمایشگاه الزامی است و دانشجو بدون وسایل

حفاظت فردی حق ورود به آزمایشگاه را ندارد.

۵- اگر بیماری دارید و یا اینکه داروی خاصی مصرف می کنید، قبل از شروع آزمایش با کارشناس آزمایشگاه در میان

بگذارید.

۶- فقط در محل میزهای مشخص شده بایستید و از مراجعه به میزهای دیگر دانشجویان خودداری نمایید.

۷- از وسایلی که در اختیار شما قرار داده شده استفاده کنید و به وسایل دیگر دست نزنید.

۸- هر نوع ماده شیمیایی یا وسیله ای را که نیاز دارید، فقط با کارشناس آزمایشگاه مطرح کنید (از دوستان خود نه وسیله

ای بگیرید و نه وسیله ای به آن ها بدهید).

۹- خوردن، آشامیدن و صحبت کردن با تلفن همراه در آزمایشگاه اکیداً ممنوع است.

۱۰- با توجه به اینکه آزمایشگاه به طور مرتب ضد عفونی می شود، ولی فرض را بر وجود آلودگی گذاشته و از دست

زدن به وسایل و موادی که متعلق به شما نیست، اکیداً خودداری نمایید.

۱۱- پس از پایان آزمایش، دست های خود را با آب و صابون شسته و سپس ضد عفونی نمایید.

۱۲- دستکش ها و ماسک های استفاده شده را در سطل زباله عفونی (زرد رنگ) ریخته و بلافاصله آزمایشگاه را

ترک نمایید.

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس سعید سروستانی

سرپرست آزمایشگاه